


检验检测报告

(电子版)



No:200017840

防伪查询网址: www.gttc.net.cn


防伪码: QRYD-8922-54

共3页 第1页



委托单位			
客户认定信息	一次性医用口罩 18片 颜色: 白色 材质: 无纺布 号型规格: 17.5cm×9.5cm -----		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-02-12
		报告签发日期	2020-02-17
判定依据	YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	细菌过滤效率	YY/T 0969-2013	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 马楠 工程师



样品图片

(电子版)

No:200017840

共3页 第2页



检验检测报告附页 (电子版)

No: 200017840

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●细菌过滤效率 (%)	YY 0469-2011 附录B 测试菌种: 金黄色葡萄球菌ATCC 6538 测试面积:40cm ² 气体流速:28.3L/min 平均颗粒直径:3.0 μm 阳性质控值: 1.9×10 ³ CFU 阴性质控值: <1CFU	≥95	BFE ₁ 98.9 BFE ₂ 99.3 BFE ₃ 98.9	符合	
备 注	(本栏空白)				

—————本报告结束—————